



中华人民共和国国家标准

GB/T 18932.19—2003

蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法

Method for the determination of chloramphenicol residues in honey—
LC-MS-MS method

2003-12-26 发布

2004-06-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

GB/T 18932 的本部分是修改采用加拿大标准 ACC-062-V1.0《蜂蜜中氯霉素残留量测定——液相色谱质谱法》，修改的主要内容是：

- 净化柱由 C₁₈ 固相萃取柱改为 Oasis HLB 固相萃取柱；
- 淋洗液由乙腈+水(3+7)改为乙酸乙酯；
- 单四极杆质谱检测器改为串联四极杆质谱检测器；
- 内标法改为外标法。

本部分的附录 A 和附录 B 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国秦皇岛出入境检验检疫局提出。

本部分由中华全国供销合作总社归口。

本部分起草单位：中华人民共和国秦皇岛出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：庞国芳、曹彦忠、张进杰、贾光群、范春林、李学民、刘永明、石玉秋。

本部分系首次发布的国家标准。

蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法

液相色谱-串联质谱法

1 范围

GB/T 18932 的本部分规定了蜂蜜中氯霉素残留量液相色谱-串联质谱测定方法。

本部分适用于蜂蜜中氯霉素残留量的测定。

本部分的方法检出限:氯霉素为 0.10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 18932 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6379 测试方法的精密度 通过实验室间试验确定标准测试方法的重复性和再现性(GB/T 6379—1986, neq ISO 5725:1981)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992, neq ISO 3696:1987)

3 原理

试样用乙酸乙酯提取,提取液浓缩后再用水溶解, Oasis HLB 固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量。

4 试剂和材料

4.1 水:GB/T 6682 规定的一级水。

4.2 甲醇:色谱纯。

4.3 乙腈:色谱纯。

4.4 乙酸乙酯:色谱纯。

4.5 乙腈+水(1+7):量取 20 mL 乙腈(4.3)与 140 mL 水混合。

4.6 Oasis HLB 固相萃取柱或相当者:60 mg, 3 mL。使用前分别用 3 mL 甲醇和 5 mL 水预处理,保持柱体湿润。

4.7 氯霉素标准物质:纯度 $\geq 99\%$ 。

4.8 氯霉素标准储备溶液:0.1 mg/mL。准确称取适量的氯霉素标准物质(4.7),用甲醇配成 0.1 mg/mL 的标准储备液。储备液贮存在 4℃ 冰箱中,可使用两个月。

4.9 氯霉素标准工作溶液:用空白样品提取液分别配成氯霉素浓度为 0.5 ng/mL, 1.0 ng/mL, 5.0 ng/mL, 10 ng/mL, 50 ng/mL, 100 ng/mL 标准工作溶液,标准工作溶液在 4℃ 保存,可使用一周。

5 仪器

5.1 液相色谱-串联四极杆质谱仪:配有电喷雾离子源。

5.2 分析天平:感量 0.1 mg 和 0.01g 各一台。

5.3 自动浓缩仪或相当者。