



中华人民共和国国家标准

GB/T 16064—1995

车间空气中丙醇的 直接进样气相色谱测定方法

Workplace air — Determination of propyl alcohol
— Direct injection gas chromatographic method

1996-01-23 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局 发布
中华人民共和国卫生部

中华人民共和国国家标准

车间空气中丙醇的 直接进样气相色谱测定方法

GB/T 16064—1995

Workplace air — Determination of propyl alcohol
— Direct injection gas chromatographic method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用聚乙二醇 6 000 柱气相色谱法分离测定车间空气中丙醇。

本标准适用于测定丙醇生产现场和大多数使用现场空气中丙醇浓度,但不适用于共存乙酸异丁酯、三氯甲烷的使用现场。

2 原理

空气中的丙醇经聚乙二醇 6 000 柱分离后,用氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰高定量。

3 仪器

3.1 注射器,100mL,1mL。

3.2 微量注射器,1 μ L。

3.3 气相色谱仪,氢焰离子化检测器。1ng 丙醇给出的信噪比不低于 3:1。

色谱柱:柱长 2m,内径 4mm,不锈钢柱。

聚乙二醇 6 000:6 201 担体=5:100

柱温:90 $^{\circ}$ C

汽化室温度:150 $^{\circ}$ C。

检测室温度:150 $^{\circ}$ C。

载气(氮气):50mL/min。

4 试剂

4.1 丙醇,色谱纯。

4.2 聚乙二醇 6 000,色谱固定液。

4.3 6 201 担体,60~80 目。

5 采样

将 100mL 注射器取下塑料帽,在采样地点用现场空气抽洗 3 次,然后抽取 100mL 空气,套上塑料帽并垂直放置,当天分析。

6 分析步骤

6.1 对照试验

国家技术监督局 1995-12-15 批准

1996-07-01 实施