



中华人民共和国医药行业标准

YY 0080—92

硬质合金镶片持针钳

1992-01-20 发布

1992-07-01 实施

国家医药管理局 发布

硬质合金镶片持针钳

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硬质合金镶片持针钳(以下简称钳子)的产品分类和技术要求。
本标准适用于硬质合金镶片持针钳,该产品供夹持缝合针缝合皮肤或组织用。

2 引用标准

- GB 2764 蛋形指圈
- GB 2765 锁止牙
- GB 3054 手术器械 钳用鳃轴
- GB 3055 手术器械 唇头齿
- GB 11229 持针钳通用技术条件

3 产品分类

3.1 钳子的型式和系列按表 1 的规定:

表 1

mm

型 式		系 列	型 式		系 列	型 式		系 列	
细 针 钳	直 型	140	粗 针 钳	直 型	140	无 损 伤 针 钳	直 型	—	
		160			160			160	
		180			180			180	
		200			200			200	
		220			220			220	
		250			250			—	
	弯 型	160		弯 型	160		弯 型	160	—
		180			180			180	
		200			200			—	
		220			220			—	
	双弯型	160		双弯型	220		双弯型	—	
	左角型	220		左角型	—		左角型	—	
	右角型	220		右角型	—		右角型	—	

3.2 钳子的基本尺寸应符合图 1~图 6 及表 2 的规定。