

# YY

## 中华人民共和国医药行业标准

YY 0115—93

---

### 一次性使用采血器

1993-02-10 发布

1993-05-01 实施

---

国家医药管理局 发布

## 一次性使用采血器

本标准参照采用国际标准 ISO 1135-3:1987《一次性使用采血器》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了一次性使用采血器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以聚氯乙烯为主要原料的一次性使用采血器(以下简称“采血器”)。

### 2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

GB 8368 一次性使用输液器

GB/T 14233.1 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分:化学分析方法

GB/T 14233.2 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分:生物试验方法

ZB C48 006 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存

### 3 产品分类

3.1 采血器基本结构如图 1 和图 2 所示。




图 1 采血器<sup>1)</sup>

1—保护套;2—瓶塞穿刺针;3—软管;4—采血针;5—保护套