

ICS 83.140  
G 44



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 33325—2016

---

## 胶乳义乳

Latex rubber breast

2016-12-13 发布

2017-07-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

胶乳义乳

GB/T 33325—2016

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2016年12月第一版

\*

书号: 155066·1-55361

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会(SAC/TC 35/SC 4)归口。

本标准主要起草单位:北京爱慕内衣有限公司、苏州美山子制衣有限公司、国家乳胶制品质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、深圳市医疗器械检测中心、四川省食品药品检验检测院、广东都市丽人实业有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司。

本标准主要起草人:关春红、秦晓霞、张荣龙、翁良、谭运华、章若红、江艳、刘洪伟、林钟石、王晓亮、李万芳、邓一志、王金英。

# 胶乳义乳

## 1 范围

本标准规定了胶乳义乳的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于以轻质凝胶态及凝胶态硅橡胶胶乳为主体材料制成的胶乳义乳。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T 1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移

GB/T 16886.5 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验

GB/T 16886.10 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验

FZ/T 73012 文胸

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**胶乳义乳 latex rubber breast**

**义乳 artificial breast**

以轻质凝胶态及凝胶态硅橡胶胶乳为主体材料制成的人工乳房。

注:胶乳义乳是针对女性因乳腺癌或其他疾病患者做了乳房切除手术后佩戴以及女性美体用的替代品。

### 3.2

**粘合胶 adhesion glue**

将胸贴粘附在女性乳房表面的无毒无害的液体胶。

## 4 分类

### 4.1 类别

义乳按用途可分为两类:A类(乳房)和B类(胸贴)。A类义乳示意图见图1,B类义乳示意图见图2。