



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1588—2019

法庭科学 法医临床鉴定室建设规范

Forensic sciences—Specifications for construction of forensic
clinical examination laboratory

2019-09-11 发布

2019-11-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分级标准 1

5 场所 1

6 设施和环境 3

附录 A(资料性附录) 通用设备配置 4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会提出。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会法医检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 6)归口。

本标准起草单位：浙江省公安厅物证鉴定中心、公安部刑侦局、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公司、公安部物证鉴定中心、无锡市公安局、浙江千麦司法鉴定中心。

本标准主要起草人：徐林苗、牛勇、陈德良、乌信梓、田雪梅、龚群、董新春、邵黎明。

法庭科学 法医临床鉴定室建设规范

1 范围

本标准规定了法医临床鉴定室的分级标准及相应的场所、设施、环境和设备配置要求。
本标准适用于各鉴定机构法医临床鉴定室的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7583—1987 声学 纯音气导听阈测定 听力保护用

GB/T 16296.1—2018 声学 测听方法 第1部分:纯音气导和骨导测听法

GA/T 1582—2019 法庭科学 视觉功能障碍法医鉴定技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

法医临床鉴定室 forensic clinical examination laboratory

鉴定机构内独立设置的、专门从事法医临床检验、鉴定业务的专业实验室。

3.2

法医临床鉴定室建设 construction of forensic clinical examination laboratory

开展法医临床检验、鉴定业务所必须的场所、设施、环境和设备配置等方面的要求。

3.3

法医临床鉴定室专科检查室 professional examination room of forensic clinical examination laboratory

开展视力、听力、男性性功能、神经电生理等专门性检查项目的检查室。

4 分级标准

根据法医临床鉴定室受理的年检验量从高到低分为三级:

——Ⅰ级临床鉴定室:具备承担年检量2 000起以上相配套的场所、设施、环境和设备;

——Ⅱ级临床鉴定室:具备承担年检量1 001~2 000起相配套的场所、设施、环境和设备;

——Ⅲ级临床鉴定室:具备承担年检量1 000起及以下相配套的场所、设施、环境和设备。

5 场所

5.1 场所选择

无电梯的用房,原则上选择在一楼,应有无障碍通道。