

UDC 556.04+551.465  
N 92



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13972—92

---

## 海洋水文观测仪器通用技术条件

General technical specifications  
for oceanographic hydrological instruments

1992-12-17 发布

1993-07-01 实施

---

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
海洋水文观测仪器通用技术条件

GB/T 13972—92

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045

<http://www.bzcb.com>

电话: 63787337、63787447

1993 年 9 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-9921

版权专有 侵权必究  
举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 海洋水文观测仪器通用技术条件

GB/T 13972—92

### General technical specifications for oceanographic hydrological instruments

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了水文观测仪器(含设备)的技术要求,工作特性及其表示方法,试验方法,验收规则,标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于测定海洋(水)的波浪、水位、流、温度、盐度和深度的水文观测仪器的研制、生产及制订产品标准。

#### 2 引用标准

- GB 1.3 标准化工作导则 产品标准编写规定
- GB 190 危险货物包装标志
- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1720 漆膜附着力测定法
- GB 1740 漆膜耐湿热测定法
- GB 1741 漆膜耐霉菌测定法
- GB 1764 漆膜厚度测定法
- GB 1771 漆膜耐盐雾测定法
- GB 3187 可靠性基本名词术语及定义
- GB 4793 电子测量仪器安全要求
- GB 5080.1 设备可靠性试验 总要求
- GB 6384 船舶及海洋工程用金属材料在天然环境中海水腐蚀试验方法
- GB 6587.8 电子测量仪器 电源频率与电压试验
- GB 6592 电子测量仪器误差的一般规定
- GB 6833 电子测量仪器电磁兼容性试验规范
- GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- ZBY 002 仪器仪表 运输、运输贮存基本环境条件及试验方法
- ZBY 003 仪器仪表 包装通用技术条件
- ZBY 188 海洋仪器术语
- ZBY 191 海洋仪器分类及型号命名办法
- ZBY 247 工业自动化仪表 术语
- ZBY 339 海洋仪器基本环境试验方法
- ZB N92 002 仪器仪表 海洋环境条件
- ZB N92 003 海洋仪器印制线路装配板涂覆保护