

YY

中华人民共和国行业标准

YY 0026—90

热 风 循 环 烘 箱

1990-11-15 发布

1991-04-01 实施

国家医药管理局 发布

热风循环烘箱

1 主题内容与适用范围

本标准规定了热风循环烘箱(以下简称烘箱)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存。

本标准适用于加热温度为 50~140℃、工作室容积为 0.5~15 m³ 的电加热或蒸汽加热的热风循环烘箱。


本标准不适用于真空烘箱、远红外烘箱、防爆烘箱等特殊类型的烘箱。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 998 低压电器基本试验方法
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 5226 机床电气设备 通用技术条件
- ZB C30 003.1 医疗器械油漆层分类技术要求
- JB 8 产品标牌

3 产品分类

3.1 产品型号。



3.2 示例:RXH 14 C。

蒸发面积为14 m²第三次改进设计的热风循环烘箱,其型号为 RXH 14 C。

3.3 基本参数见表1。