



中华人民共和国医药行业标准

YY 0574.3—2005/ISO 9703-3:1992

麻醉和呼吸护理报警信号 第3部分:报警应用指南

Anaesthesia and respiratory care alarm signals—
Part 3: Guidance on application of alarm

(ISO 9703-3:1992, IDT)

2005-12-07 发布

2006-12-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前 言

YY 0574《麻醉和呼吸护理报警信号》分为三个部分：

——第 1 部分：视觉报警信号；

——第 2 部分：听觉报警信号；

——第 3 部分：报警应用指南。

本部分为 YY 0574 的第 3 部分。

本部分等同采用国际标准 ISO 9703-3:1998《麻醉和呼吸护理报警信号——第 3 部分：报警应用指南》。

本部分对 ISO 9703-3:1998 做了下列编辑性修改：

——规范性引用文件 ISO 9703-1:1992 和 ISO 9703-2:1992 改为其等同采用的 YY 0574.1—2005 和 YY 0574.2—2005；

——删除 ISO 9703-3 标准中的封面和前言；

——用小数点符号“.”替换小数点符号“,”；

本部分的附录 A 是资料性附录。

本部分由全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会提出。

本部分由全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会归口。

本部分由上海市医疗器械检测所负责起草。

本部分主要起草人：俞及、何爱琴。

麻醉和呼吸护理报警信号

第3部分:报警应用指南

1 范围

YY 0574 的本部分提供预期用于麻醉和呼吸护理的设备的报警的应用指南。专用设备标准优先于 YY 0574 本部分。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 YY 0574 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

YY 0574.1—2005 麻醉和呼吸护理报警信号 第1部分:视觉报警信号(ISO 9703-1:1992, IDT)

YY 0574.2—2005 麻醉和呼吸护理报警信号 第2部分:听觉报警信号(ISO 9703-2:1992, IDT)

3 定义

YY 0574.1 和 YY 0574.2 确立的以及下列术语和定义适用于 YY 0574 的本部分。

3.1

激活的 activated

系统能执行其内在功能的状态。

3.2

缺省报警设置 default alarm settings

系统内在的报警设置,它由制造商、用户或操作者预设或由系统自行设定,在报警系统激活时,无需干预。

3.3

禁止 disable

不激活报警功能。

3.4

抑制 inhibition

抑制报警信号,直到有意撤销。

3.5

锁定报警 latched alarm

当激活报警所需的条件不再存在,报警限值重置,或异常患者状态不再存在时,其视觉和听觉成分不终止的报警信号。

3.6

非锁定报警 nonlatched alarm

当激活报警所需的条件不再存在时,其视觉和/或听觉成分即停止的报警信号。

3.7

复位 reset

使报警功能回复至初始检测状态。