

UDC 534.084.2
A 42



中华人民共和国国家标准

GB/T 13823.7—94

振动与冲击传感器的校准方法 相位比较法振动校准

Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups
Primary vibration calibration by comparison of phase angles

1994-06-30发布

1995-05-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

振动与冲击传感器的校准方法 相位比较法振动校准

GB/T 13823.7—94

Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups
Primary vibration calibration by comparison of phase angles

1 主题内容与适用范围

本标准规定了相位比较法振动校准的要求和方法。

本标准适用于直线传感器,校准不确定度小于±3°。

2 技术要求

2.1 环境条件

室温:20±5°C。

2.2 仪器与设备

2.2.1 标准加速度计和信号适调仪

标准加速度计和信号适调仪应一起校准,在使用频率范围内最大相移误差小于±1°。

2.2.2 信号发生器和指示器

频率误差:给定频率的极限误差为读数的±1%。

2.2.3 功率放大器和振动发生器

加速度波形的总失真度:最大不超过±5%;

横向、弯曲和摆动加速度应保持最小,使用频率处最大为主振动方向加速度的10%;

交流声、噪声小于读数的40 dB。

2.2.4 相位测量仪

频率范围:20~5 000 Hz;

相位范围:0~90°;

相位角误差:±1°。

2.2.5 示波器

频率范围:5 Hz~1 MHz。

3 优选频率

应从下列频率中选择能均匀覆盖传感器工作范围的6个频率:

20, 40, 80, 160, 315, 630, 1 250, 2 500, 5 000 Hz。

4 校准程序

4.1 校准系统组成

标准加速度计和被校传感器背靠背安装在振动发生器台面上,系统如图所示: