

UDC 615.472 : 615.85
C 36



中华人民共和国国家标准

GB 2024—94

针灸针

Acupuncture needles

1994-04-12发布

1994-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

针灸针

Acupuncture needles

GB 2024—94

代替 GB 2024—87

1 主题内容与适用范围

本标准规定了针灸针的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。本标准适用于供针灸疗法使用的未灭菌针灸针和一次性使用无菌针灸针(以下简称灭菌针灸针)。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 4240 不锈钢丝
- GB/T 4342 金属显微维氏硬度试验方法
- GB/T 4506 针尖锋利度和强度试验方法

3 产品分类

- 3.1 针灸针的品种分为灭菌针灸针(一次性使用无菌针灸针)和未灭菌针灸针(针灸针)两种。
- 3.2 针灸针的针柄型式分为平柄针、环柄针、花柄针。
- 3.3 灭菌针灸针的型式分为带进针管和不带进针管两种。
- 3.4 针灸针的规格以针体的直径×针体长度表示。
- 3.5 针灸针的型式如下图所示,其基本尺寸应符合表1的规定。