



中华人民共和国国家标准

GB 1345—91

水泥细度检验方法 (80 μm 筛 筛析法)

Test method for fineness of cement—
The 80 μm sieve

1991-06-04发布

1992-03-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

水泥细度检验方法 (80 μm 筛析法)

GB 1345—91

代替 GB 1345—77

Test method for fineness of cement—

The 80 μm sieve

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用 80 μm 筛检验水泥细度的测试方法。

本标准适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥以及指定采用本标准的其他品种水泥。

2 引用标准

GB 3350.7 水泥物理检验仪器 标准筛

GB 6004 试验筛用金属丝编织方孔网

3 方法原理

本标准是采用 80 μm 筛对水泥试样进行筛析试验, 用筛网上所得筛余物的质量占试样原始质量的百分数来表示水泥样品的细度。

4 仪器

4.1 试验筛

4.1.1 试验筛由圆形筛框和筛网组成, 筛网符合 SSW 0.080/0.056 GB 6004, 分负压筛和水筛两种, 其结构尺寸见图 1 和图 2。负压筛应附有透明筛盖, 筛盖与筛上口应有良好的密封性。