



中华人民共和国国家标准

GB/T 16016—1995

车间空气中氧化镉的 火焰原子吸收光谱测定方法

Workplace air—Determination of cadmium oxide
—Flame atomic absorption spectrophotometric method

1996-01-23发布

1996-07-01实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国国家标准

车间空气中氧化镉的 火焰原子吸收光谱测定方法

GB/T 16016—1995

Workplace air—Determination of cadmium oxide
—Flame atomic absorption spectrophotometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用火焰原子吸收光谱法测定车间空气中氧化镉。

本标准适用于镉的开采、冶炼、加工和使用等工业生产现场空气中氧化镉及其他镉化物的测定。

2 原理

空气中的镉及其镉化物采集在微孔滤膜上，滤膜样品经酸性消解后，在 228.8 nm 波长下，用乙炔-空气火焰原子吸收光谱法测定镉的含量。

3 仪器

- 3.1 采样夹。
- 3.2 滤料：微孔滤膜，孔径 0.8 μm，直径 40 mm。
- 3.3 抽气机。
- 3.4 流量计，0~10 L/min。
- 3.5 高型烧杯或锥形瓶，50 mL。
- 3.6 表面皿或瓷坩埚盖，直径约 50 mm。
- 3.7 电热板或电砂浴。
- 3.8 具塞比色管，25 mL。
- 3.9 原子吸收分光光度计，配备乙炔-空气火焰燃烧器。
- 3.10 镉空心阴极灯。

4 试剂

- 4.1 去离子水：通过离子交换树脂柱所得比电阻大于 500 kΩ·cm 的水，或用全玻蒸馏器重蒸所得水。
- 4.2 高氯酸， $\rho_{20}=1.67 \text{ g/mL}$ ，优级纯。
- 4.3 硝酸， $\rho_{20}=1.42 \text{ g/mL}$ ，高纯。
- 4.4 高氯酸-硝酸，1+9。
- 4.5 盐酸， $\rho_{15}=1.18 \text{ g/mL}$ ，高纯。
- 4.6 盐酸，1+99。
- 4.7 镉标准溶液：称取 0.100 0 g 金属镉（光级纯），用 25 mL 盐酸（4.5）加热溶解，将溶液定量转移入 100 mL 量瓶中，用去离子水（4.1）稀释至刻度，此溶液 1 mL = 1.0 mg Cd。临用前，用盐酸（4.6）稀释成 1 mL = 10 μg Cd 的标准溶液。