



中华人民共和国国家标准

GB/T 8647.8—2006
代替 GB/T 8647.8—1988
GB/T 8647.9—1988

镍化学分析方法 硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

The methods for chemical analysis of nickel—
Determination of sulphur content—Infra-red absorption
method after high frequency induction furnace combustion

(ISO 7526:1985 Nickel, forronickel and nickel alloys—
Determination of sulphur content—Infra-red absorption
method after induction furnace combustion, NEQ)

2006-09-26 发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 8647《镍化学分析方法》共分为如下 10 部分：

- GB/T 8647. 1《镍化学分析方法　铁量的测定　碘基水杨酸分光光度法》；
- GB/T 8647. 2《镍化学分析方法　铝量的测定　电热原子吸收光谱法》；
- GB/T 8647. 3《镍化学分析方法　硅量的测定　钼蓝分光光度法》；
- GB/T 8647. 4《镍化学分析方法　磷量的测定　钼蓝分光光度法》；
- GB/T 8647. 5《镍化学分析方法　镁量的测定　火焰原子吸收光谱法》；
- GB/T 8647. 6《镍化学分析方法　镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定　火焰原子吸收光谱法》；
- GB/T 8647. 7《镍化学分析方法　砷、锑、铋、锡、铅量的测定　电热原子吸收光谱法》；
- GB/T 8647. 8《镍化学分析方法　硫量的测定　高频感应炉燃烧红外吸收法》；
- GB/T 8647. 9《镍化学分析方法　碳量的测定　高频感应炉燃烧红外吸收法》；
- GB/T 8647. 10《镍化学分析方法　砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定　发射光谱法》。

本部分为第 8 部分。

本部分与 ISO 7526:1985《感应炉燃烧红外吸收法测定金属镍、镍铁和镍合金中的含硫量》的一致性程度为非等效。

本部分代替 GB/T 8647. 8—1988《镍化学分析方法　蒸馏-示波极谱法测定硫量》和 GB/T 8647. 9—1988《镍化学分析方法　高频感应炉燃烧红外吸收法测定硫量》。与 GB/T 8647. 8—1988 和 GB/T 8647. 9—1988 相比, 本部分主要有如下变动:

- 废止了 GB/T 8647. 8—1988《镍化学分析方法　蒸馏-示波极谱法测定硫量》；
- 对 GB/T 8647. 9—1988 的文本格式进行了修订, 补充了质量保证和控制条款；
- 增加了重复性条款。

本部分由有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分主要起草人:李华昌、姜求韬、许翠端、黄月华。

本部分主要验证人:刘海东、喻生洁、文占杰、高泽祥。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8647. 8—1988；
- GB/T 8647. 9—1988。

镍化学分析方法

硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

1 范围

本部分规定了镍中硫含量的测定方法。

本部分适用于镍中硫含量的测定。测定范围:0.001 0%~0.050%。

2 方法提要

在助熔剂存在下,在高频感应炉内通入氧气流,使试料在高温下燃烧,硫生成二氧化硫气体进入红外吸收池,仪器自动测量其对红外能的吸收后,计算并显示结果。

3 试剂和材料

3.1 无水高氯酸镁[Mg(ClO₄)₂]。

3.2 烧碱石棉。

3.3 玻璃棉。

3.4 脱脂棉。

3.5 镀铂硅胶。

3.6 助熔剂:低硫钨、锡:W+Sn(1 g+0.2 g~0.25 g)。

3.7 坩埚

陶瓷坩埚(Φ24 mm×24 mm),使用前应在有空气或氧气的炉中,在大于1 100℃温度下灼烧1 h~1.5 h,取出置于不涂油的干燥器内冷却备用(两天内有效)。

3.8 钢铁标准样品:含硫量0.002%~0.06%。

3.9 钢铁标准样品或纯铁标样:含硫量约0.002%。

注:最好用镍标样。

4 仪器

高频红外气体分析仪(附电子交流稳压器)。

仪器参数应符合以下规定:

——高频炉功率:1.0 kW~2.5 kW;

——频率:>6.0 MHz;

——检测器灵敏度:1 μg/g。

推荐的仪器工作条件如表1。

表 1 推荐仪器工作条件

载气	输入氧气/ MPa(psi, kgf·cm ⁻²)	系统气体/ MPa(psi, kgf·cm ⁻²)	气动气流量/ L·min ⁻¹	氧气流量/ L·min ⁻¹	最短分析时间/ s
氧气,99.5%	(35~37,2.5~2.6)	(12,0.85)	1	3	30