



团 体 标 准

T/GXAS 831—2024

慢性稳定性心力衰竭增强型体外反搏 治疗操作技术规范

Technical specification for enhanced external counter-pulsation
therapy in stable chronic heart failure

2024-09-20 发布

2024-09-26 实施

广西标准化协会 发 布
中国标准出版社 出 版

目 次

前言 III

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 基本要求1

 4.1 环境1

 4.2 人员1

 4.3 物品1

5 禁忌证1

 5.1 绝对禁忌证1

 5.2 相对禁忌证2

6 操作要求2

 6.1 操作前评估和准备2

 6.2 操作方法2

7 特殊情况处理4

 7.1 心动过速4

 7.2 心房颤动4

 7.3 心脏起搏器植入4

 7.4 体内埋藏式除颤仪(ICD或CRT-D)4

 7.5 缺血性脑血管病4

 7.6 下肢动脉疾病4

8 档案管理4

参考文献.....5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西医科大学第一附属医院提出并宣贯。

本文件由广西标准化协会归口。

本文件起草单位：广西医科大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、玉林市第一人民医院、复旦大学附属中山医院、广西医科大学第二附属医院、上海市同济医院、中山大学附属第一医院广西医院、广西医科大学附属武鸣医院、柳州市人民医院、百色市人民医院、南宁市第一人民医院、南宁市第二人民医院、桂林市人民医院、河南省人民医院、南昌大学第二附属医院、贵州医科大学附属医院、珠海市人民医院、内蒙古自治区人民医院、山东大学第二医院、广西壮族自治区民族医院、河池市人民医院、崇左市人民医院、武汉大学人民医院、四川省医学科学院·四川省人民医院、日照心脏病医院。

本文件主要起草人：曾志羽、韦恒、吴孝军、谢文超、黄锋、何燕、弭守玲、龙曼云、黄巧娟、车琳、甘剑超、黄流强、刘艳丽、黄照河、刘杰、张景昌、潘迪光、寇洁、李颐、潘家义、林蓓佑、斯琴高娃、赵宏兵、苏晓琳、杨德志、黄斌、李高叶、梁晓梅、周佳莉、罗海彬、陈文娟、王媛媛、郑静、路华、黄海奎、郑梅。

慢性稳定性心力衰竭增强型体外反搏 治疗操作技术规范

1 范围

本文件界定了慢性稳定性心力衰竭的术语和定义,规定了慢性稳定性心力衰竭增强型体外反搏治疗操作的基本要求、禁忌证、操作要求、特殊情况处理,描述了治疗操作过程信息的追溯方法。

本文件适用于医疗机构慢性稳定性心力衰竭增强型体外反搏治疗操作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15982 医院消毒卫生标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

慢性稳定性心力衰竭 stable chronic heart failure

有心力衰竭临床症状和(或)体征且稳定 1 个月以上,心功能 NYHA 分级 I 级~Ⅲ级的疾病。

注: NYHA 分级即纽约心脏病学会对心功能的分级方法。

4 基本要求

4.1 环境

治疗室应清洁、安静、保暖、避风,室温宜为 26℃~28℃,卫生消毒应符合 GB 15982 的规定。

4.2 人员

医护人员应进行专业的培训,掌握增强型体外反搏治疗操作技术。

4.3 物品

增强型体外反搏仪、急救设备及药品等。

5 禁忌证

5.1 绝对禁忌证

5.1.1 中重度心脏瓣膜病变,尤其主动脉瓣关闭不全或(和)狭窄。