



中华人民共和国国家标准

GB/T 5170.10—1996

电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 高低温低气压试验设备

Inspection methods for basic parameters
of environmental testing equipments
for electric and electronic products
Combined high and low temperature/low
air pressure testing equipments

1996-06-17发布

1997-07-01实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准是 GB/T 5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》系列标准之一。

本标准是由 GB 5170. 10—85《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 高低温低气压试验设备》修订而成。

本标准与 1985 年发布的标准相比,技术内容主要有以下变化:

- 明确本标准主要适用于环境试验设备在使用期间的周期检定,以区别产品的型式试验;
- 在检定项目中,删除了“工作室内壁与工作空间温差”、“工作室内壁辐射系数”和“相对湿度”三个项目;
- 增加了“引用标准”一章;
- 在“检定用主要仪器”一章中,给出了仪器的精确度要求;
- 增加了“检定条件”一章;
- 对于温度测量点数量,设备工作空间容积由“以 1 m³ 分界”改为“以 2 m³ 分界”,对于“大于 2 m³ 的设备”,温度测量点由 21 点减少为 15 点;
- 周期检定试验设备时,“温度偏差”的测量时间缩短为 30 min;
- 在“数据处理”中,给出了“温度偏差”和“气压偏差”的计算公式;
- 在综合检定温度气压时,如果低气压值低于 10 kPa,则“温度偏差”允许适当放宽;
- 在“检定结果处理”中,增加了“温度场和气压场调整值以及设备仪表修正值的计算方法”,并且对合格(限用)的范围给予了必要的说明;
- 删除了测量记录表格。

GB/T 5170《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》系列标准包括以下几部分:

- GB/T 5170. 1 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 总则;
- GB/T 5170. 2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备;
- GB/T 5170. 5 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备;
- GB/T 5170. 8 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 盐雾试验设备;
- GB/T 5170. 9 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 太阳辐射试验设备;
- GB/T 5170. 10 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 高低温低气压试验设备;
- GB/T 5170. 11 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 腐蚀气体试验设备。
-

本标准从生效之日起,同时代替 GB 5170. 10—85。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准主要起草单位:电子工业部第五研究所。

本标准主要起草人:付文茹、谢建华、陈学进、王则燕、薛振夷。

中华人民共和国国家标准

电工电子产品环境试验设备 基本参数检定方法 高低温低气压试验设备

GB/T 5170.10—1996

Inspection methods for basic parameters
of environmental testing equipments
for electric and electronic products
Combined high and low temperature/low
air pressure testing equipments

代替 GB 5170.10—85

1 范围

1.1 本标准规定了高低温低气压(含低气压、低温低气压和高温低气压)试验设备在进行周期检定时的检定项目、检定用主要仪器及要求、检定条件、测量点数量及布放位置、检定步骤、数据处理及检定结果等内容。

1.2 本标准适用于对GB 2423.21—91《电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法》、GB/T 2423.25—92《电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验方法》和GB/T 2423.26—92《电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验方法》所用试验设备的周期检定。

本标准也适用于类似试验设备的周期检定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5170.1—1995 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 总则

GB/T 5170.2—1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备

GB 2423.21—91 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法

GB/T 2423.25—92 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验方法

GB/T 2423.26—92 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验方法

3 检定项目

本标准规定的检定项目如下:

- 低气压偏差;
- 气压平均变化速率;
- 综合检定温度偏差和气压偏差;
- 综合检定温度平均变化速率和气压平均变化速率。