



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0745—2009

---

## 遥控透视 X 射线机专用技术条件

Particular specifications for remote control radiology X-ray equipment

2009-11-15 发布

2010-12-01 实施

---

国家食品药品监督管理局 发布

## 前 言

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用 X 线设备及用具标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 1)归口。

本标准主要起草单位:上海医疗器械厂有限公司、辽宁省医疗器械检验所。

本标准主要起草人:袁菊芬、董楷一、孙智勇、孟南进。

## 遥控透视 X 射线机专用技术条件

### 1 范围

本标准规定了遥控透视 X 射线机(以下简称遥控透视机)的组成、要求及试验方法。

本标准适用于立位透视用遥控透视 X 射线机,该遥控透视机可供医疗诊断单位作常规透视检查之用。

本标准不适用于具有透视功能的通用诊断 X 射线机。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 9706.1—2007 医用电气设备 第 1 部分:安全通用要求(IEC 60601-1:1988,IDT)

GB 9706.3—2000 医用电气设备 第 2 部分:诊断 X 射线发生装置的高压发生器安全专用要求(idt IEC 60601-2-7:1998)

GB 9706.11—1997 医用电气设备 第二部分:医用诊断 X 射线源组件和 X 射线管组件安全专用要求(idt IEC 60601-2-28:1993)

GB 9706.12—1997 医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断 X 射线辐射防护通用要求(idt IEC 60601-1-3:1994)

GB 9706.14—1997 医用电气设备 第 2 部分:X 射线设备附属设备安全专用要求(idt IEC 60601-2-32:1994)

GB 9706.15—2008 医用电气设备 第 1-1 部分:通用安全要求 并列标准:医用电气系统安全要求(IEC 60601-1-1:2000,IDT)

GB/T 10149 医用 X 射线设备术语和符号

YY/T 0106—2008 医用诊断 X 射线机通用技术条件

YY/T 0291—2007 医用诊断 X 射线设备环境要求及试验方法

YY/T 0505—2005 医用电气设备 第 1-2 部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验(IEC 60601-1-2:2001,IDT)

YY/T 0608—2007 医用 X 射线影像增强器电视系统通用技术条件

### 3 术语

GB/T 10149 确立的术语和定义适用于本标准。

### 4 组成

遥控透视机的主要组成部件:

- a) X 射线发生装置;
- b) 遥控操作台;
- c) 患者支撑装置;
- d) 影像增强器电视系统。